

Relative humidity [%RH]	Air temperature [°C]									
	15	20	25	30	40	50	60	70	80	85
	Expanded uncertainty (k=2) of measurement									
5				0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
10		0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
15	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
20	0,37	0,37	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29
25	0,43	0,42	0,38	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31
30	0,49	0,44	0,42	0,41	0,40	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33
40	0,55	0,53	0,51	0,50	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,39
50	0,65	0,63	0,61	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	0,44
60	0,75	0,73	0,70	0,68	0,64	0,60	0,57	0,54	0,51	0,50
70	0,85	0,82	0,79	0,77	0,72	0,68	0,64	0,60	0,57	0,56
80	0,96	0,92	0,89	0,86	0,80	0,75	0,71	0,67	0,63	0,61
85	1,01	0,97	0,93	0,90	0,84	0,79	0,74	0,70	0,66	0,64
90	1,06	1,02	0,98	0,95	0,88	0,83	0,78	0,73	0,69	0,67
95	1,11	1,07	1,02	0,99	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	
97	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,83	0,77	0,73	